

**商丘市中医院新院区第三批影像放射类（2）设备采购项目
更正公告**

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号：商财采招-2026-44
- 2、采购项目名称：商丘市中医院新院区第三批影像放射类（2）设备采购项目
- 3、采购方式：公开招标
- 4、首次公告日期及发布媒介：2026年05月11日、《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《商丘市公共资源交易公共服务平台》

二、更正信息

1、更正事项：招标公告及采购文件

（一）原采购信息内容

1.1 第一章 招标公告

四、投标截止时间及地点

- 1、时间：2026年06月02日9时00分（北京时间）；
- 2、地点：商丘市公共资源交易公共服务平台网站网上递交。

五、开标时间及地点

- 1、时间：2026年06月02日9时00分（北京时间）；
- 2、地点：商丘市公共资源交易中心开标席位九（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

七、其他补充事宜

投标文件解密开始时间：2026年06月02日9时（北京时间）；

投标文件解密截止时间：2026年06月02日10时（北京时间）；

1.2 第四章 货物需求一览表及技术服务要求

一、技术要求

★1.2 探测器z轴物理排数：可选择单系统方案或双系统方案；单系统方案探测器Z轴物理排数 ≥ 256 排；双系统方案探测器Z轴物理排数 $\geq 2 \times 96$ 排。

1.3 数据采样率：机架每旋转一圈，投影采样数 ≥ 4800 个。

★1.5 探测器z轴覆盖宽度： $\geq 160\text{mm}$ 。

1.6 螺旋扫描探测器Z轴单圈轴扫最大覆盖范围： $\geq 160\text{mm}$ 。

3.1 检查床水平可移动范围： $\geq 2400\text{mm}$ 。

5.12 最低管电压： $\leq 60\text{kV}$ 。

9.15.7 心脏成像时间分辨率： ≤ 19 毫秒。

1.3 第五章 评审程序、方法和标准

详见审查表 技术部分 产品先进性（客观分）最小重建层厚 $\leq 0.3\text{mm}$ ，得2分；否则得0分。

（二）更正为：

1.1 第一章 招标公告

四、投标截止时间及地点、

- 1、时间：2026年6月9日9时00分（北京时间）；
- 2、地点：商丘市公共资源交易公共服务平台网站网上递交。

五、开标时间及地点

- 1、时间：2026年6月9日9时00分（北京时间）；
- 2、地点：商丘市公共资源交易中心开标席位13（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）。

七、其他补充事宜

投标文件解密开始时间：2026 年 6 月 9 日 9 时（北京时间）；

投标文件解密截止时间：2026 年 6 月 9 日 10 时（北京时间）；

1.2 第四章 货物需求一览表及技术服务要求

★1.2 探测器 z 轴物理排数：可选择单系统方案或双系统方案；单系统方案探测器 Z 轴物理排数≥256 排；双系统方案探测器 Z 轴物理排数≥96 排。

1.3 数据采样率：机架每旋转一圈，投影采样数≥4600 采样/360°。

★1.5 探测器 z 轴覆盖宽度：≥160mm 或双源≥60mm。

1.6 螺旋扫描探测器 Z 轴最大覆盖范围：≥160mm 或双源≥60mm。

3.1 检查床水平可移动范围：≥2000mm。

5.12 最低管电压：≤70kV。

9.15.7 心脏成像时间分辨率：≤100 毫秒。

1.3 第五章 评审程序、方法和标准

详见审查表 技术部分 产品先进性（客观分） 最小重建层厚≤0.3mm 或空间分辨率≥30LP/cm，得 2 分；否则得 0 分。

注：请各潜在投标人重新下载最后变更后的固化文件，其他事宜不变，对各投标人带来的不便，敬请谅解。

三、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：商丘市中医院

地址：商丘市梁园区团结东路 38 号

联系人：李先生

联系方式：0370-2631269

2.采购代理机构信息

名称：亿鑫工程咨询有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商鼎路华润新时代广场万象苑 2 号楼 20 层 2011 号

联系人：吴女士

联系方式：13403705287

发布人：亿鑫工程咨询有限公司

时间：2026 年 05 月 21 日

