

网上通过

学院政府采购合同履行验收报告

项目名称：郑州大学中原关键金属实验室（郑州大学）等温滴定量热仪采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：138.38 万元

中标供应商：郑州诺赫科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王志 范清堂

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2025年12月11日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府招标采购合同编号“豫财招标采购-2025-808”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1. 本次验收仪器设备的名称、型号、规格、数量及性能与合同基本相符。
2. 交接货日期晚于合同约定日期。

四、验收工作组建议：

上述内容整改合格后予以验收通过。

采购单位项目负责人：杨国叶

采购单位主管领导：李心

采购单位监督人：李尚志

采购单位签章：

验收工作组签名：

王志 范清堂 李心 李君丽 赵哲

中标供应商项目负责人：蔡雯雯

2025年12月11日

郑州大学中原关键金属实验室(郑州大学)等温滴定量热仪采购项目
整改情况报告


郑州大学中原关键金属实验室(郑州大学)等温滴定量热仪采购项目(项目编号:豫财招标采购-2025-808)最终验收存在的主要问题:

- 1、ITC 软件版本不明确;
- 2、基线稳定性性能测试报告截图不全;
- 3、货物未按照规定时间交付。

整改措施及内容:

- 1、提供 ITC 软件版本:v3.8.6;
- 2、提供性能测试报告第 9 条基线稳定性测试截图;
- 3、提供货物未按照规定时间交付情况说明。

整改结论:整改内容符合验收要求。

供应商(签字盖章):  郑州诺赫科技有限公司 蔡雪涛
项目单位(签字盖章): 杨州
验收专家(签字盖章): 王立
日期: 2025.12.12