

商丘市长征人民医院电子肠镜采购项目

单一来源专家论证意见

一、基本情况	
采购人	商丘市长征人民医院
项目名称	商丘市长征人民医院电子肠镜采购项目
项目金额	70 万元

专家论证意见

商丘市长征人民医院现有PENTAX(宾得)牌电子胃肠镜主机,型号为EPK-1700,因业务量增加,需增购电子肠镜。由于不同品牌之间的主机与镜体无法配套使用,需采购与医院现有主机相匹配的同品牌产品。

综上,本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定,只能从唯一供应商处采购,建议采用单一来源方式进行采购。

专家签字:

苏鹏飞

日期: 2024 年 10 月 12 日