


单一来源采购专家论证意见表

项目名称	永城市人民医院联影 320 排 UCT960+球管采购项目
采购单位	永城市人民医院
论证时间	2025.03.06
论证地点	永城市人民医院门诊楼五楼会议室
专家意见	该项目采购的货物为联影公司生产的 UCT960+CT 机上使用的球管。由于市场上使用的各厂家生产的 CT 球管，因其重量、机械结构、通讯协议、电缆接口大小均不一致，各厂家不可互通互用。该设备注册证上登记的球管为 CT8000。为保证该 CT 正常运行和安全保障，只能采用联影公司的 CT8000 球管。江苏君江医疗器械有限公司为联影公司在永城人民医院的唯一授权销售 CT8000 球管的供应商，符合政府采购法第三十一条第一项的有关规定，符合单一来源采购条件，合规合法。
专家签字	 2025 年 3 月 6 日